

動力離心機械設備每年定期檢查紀錄表

單位系所：_____

實驗室名稱：_____

設備名稱（編號）：_____

檢查日期：_____年_____月_____日

項次	檢查項目	檢 查 基 準	檢 查 方 法	結 果	改善措施內容	改善追蹤
一	回轉體	1. 動作順暢、無異聲	操作			
		2. 無腐蝕、破損	目視			
二	主軸軸承	固定無鬆動、運轉正常	試轉			
三	制動器	動作靈敏、無損壞	操作			
四	安全裝置	靈敏、動作正常無卡死	操作			
五	外 殼	完整無腐蝕、接地線完整	檢點			
六	電源電線 相關	配線、接地線、電源開關是否正常	操作			
七	其 他	各附屬螺栓等齊全無腐蝕，且密合確實	檢點			
說 明	1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 18 條規定每年應辦理一次定期檢查， 並作記錄，保存三年。 2. 檢查結果：正常√，有必要加以特別保養△，異常須送修或改善×					

檢查人員(簽章)：

實驗室負責人(簽章)：