

氣體鋼瓶每年定期檢查紀錄表

單位系所：

檢查日期： 年 月 日

實驗室名稱：

設備名稱(編號)：

檢查項目	檢查重點	檢查方法	檢查結果		改善措施
			正常	異常	
外觀	是否損傷、腐蝕、裂痕	目視檢查			
閥、旋塞	是否有洩漏情形	目視檢查			
調壓器及流量計	是否無洩漏及功能正常	目視檢查			
鋼瓶使用年限	是否在使用年限內	目視檢查			
各配管、導管本體及接合處	是否洩漏及損壞	目視檢查			
固定用裝置	是否安穩放置並加固定及裝妥護蓋。	目視檢查			
指示牌	是否掛有禁動牌或嚴禁煙火	目視檢查			
鋼瓶內容物名稱	是否貼標示內容物名稱	目視檢查			
儲存	1. 是否遠離火源及陽光照射處 2. 可燃性氣體、有毒氣體及氧氣鋼瓶是否分開儲存	目視檢查			
<p>注意：</p> <p>本紀錄表應留存三年</p>					
檢查人員(簽章)：			實驗室負責人(簽章)：		